


SCOUT

MOBILITY



**EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC DECLARATION OF CONFORMITY**



Ondergetekende,
The undersigned,

Firmanaam / *Company name* : Scout Mobility B.V
Bezoekadres / *Visiting address* : Kanaalstraat 101d
Verzendadres / *Postal address* : Kanaalstraat 101d
Postcode / *Postal code* : 5711 EG
Plaats / *City* : Someren
Land / *Country* : The Netherlands
Telefoon / *Telephone* : +31(0)6-44500578
Fax : +31(0)6-44500578

verklaart als fabrikant geheel onder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat de medische hulpmiddelen:
being the manufacturer, declares under his sole responsibility that the medical devices:

Productgroep / *Productgroup* : Elektrische rolstoel / *Powered wheelchair*
Merk / *Brand* : Scout Mobility
Type / *Type* : **X10 Series**

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (RMH) 93/42/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/47/EC, waarbij de procedures zijn gevolgd, die worden beschreven in de RMH-bijlage: "7, respectievelijk onderdeel 7 van het Nederlands besluit 243 (Besluit Medische Hulpmiddelen) voor klasse 1 medische hulpmiddelen." De X10 Series (inclusief accessoires) is goedgekeurd door geaccrediteerde testinstituten volgens EN12182 (2012) en EN12184 (2014) en is tevens gecrashtest volgens ISO 7176-19.

to which this declaration relates are in conformity with the provisions of the Medical Devices Directive (MDD) 93/42/EEG, as amended by Directive 2007/47/EC, following the procedure set out in MDD-annex: "7, resp. part 7 of the Dutch decree 243 (Decree Medical Devices) concerning class 1 medical devices."

The X10 Series (including accessories) is approved by recognized test institutes in accordance with EN12182 (2012) and EN12184 (2014) and has also been crash tested according to ISO 7176-19.

Datum / *Datum* : 01 maart 2017 / 01 march 2017
Handtekening / *Signature*

Naam / *Name* : G.J.J. Linsen
Functie / *Position* : Technisch directeur / *Chief Technical Officer*